



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Радиоспектр Плюс»

место нахождения: ул. Радиальная, 11А, пом. 7, офис 4, 220070, г. Минск, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190949966

телефон: +375 29 6559940, **адрес электронной почты:** s-pribor@mail.ru

в лице директора Яцевича Станислава Ивановича

заявляет, что источники питания постоянного тока Б5-71/2МС

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Радиоспектр Плюс»

место нахождения: ул. Радиальная, 11А, пом. 7, офис 4, 220070, г. Минск, Республика Беларусь
ТУ ВУ 190949966.001-2014 «Источники питания постоянного тока Б5-71/1МС, Б5-71/1МСУ, Б5-71/2МС. Технические условия».

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8504 40 910 0

серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании:

протоколов испытаний № 45-61/0925-1-2023 от 10.08.2023, № 45-61/0925-2-2023 от 14.08.2023, выданных научно-исследовательским центром испытаний средств измерений и техники республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации ВУ/112 1.0025

схема декларирования соответствия: Зд

Дополнительная информация:

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования». ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014 «Оборудование электрическое для измерения, управления и лабораторного применения. Требования электромагнитной совместимости. Часть 1. Общие требования».

Условия хранения: в складском помещении в упаковке изготовителя при температуре от +5 °С до + 35 °С, при относительной влажности 80% при + 25 °С, при атмосферном давлении от 84 до 106 кПа. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления, срок гарантийного хранения 6 месяцев, срок службы (годности) 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.08.2028 включительно.



Яцевич Станислав Иванович

Регистрационный номер декларации о соответствии
Дата регистрации декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 003.02 09845
24.08.2023

